



# 湖南省计量检测研究院

Hunan Institute of Metrology and Test

## 检定证书

### Verification Certificate

证书编号:



Certificate No. 2022080205405001

委托单位 芙蓉区治超卸载场项目  
 Applicant  
 计量器具名称 电子汽车衡  
 Name of Instrument  
 型号 / 规格 FSG-120t  
 Type/Specification  
 出厂编号 20220727  
 Serial No.  
 制造单位 湖南巨牛衡器有限公司  
 Manufacturer  
 检定依据 JJG 539-2016  
 Verification Regulation  
 检定结论 ⑩级  
 Conclusion



批准人 罗检民 罗检民  
 Approved by  
 核验员 闻政翔 闻政翔  
 Checked by  
 检定员 杨博淞 杨博淞  
 Verified by

检定日期  
 Date of Verification  
 有效期至  
 Valid Date

2022 年 08 月 01 日  
 Year Month Day  
 2023 年 07 月 31 日  
 Year Month Day

地址: 长沙市香樟路396号  
 Address  
 邮编: 410014  
 Post Code

电话/传真: 0731-85581751/85687602  
 Telephone  
 电子邮件: jszb@hnjly.cn  
 Email

证书编号: 2022080205405001



我院系国家法定计量检定机构

Our Institute is National Legal Institute of Verification

计量授权机构: 国家质量监督检验检疫总局

Authorization Body: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China

计量授权证书号: (国)法计(2017)01029号

Authorized certificate No.

测量溯源性说明: 本次检定使用的计量器具均可溯源到国家基准

Statement of measurement traceability: All measuring instruments used in the verification can be traced back to national standards

检定所使用的计量标准:

Main equipments of measurement used in the verification

名称 Name	测量范围 Type/Specification	不确定度/准确度等级 Uncertainty/Accuracy class	标准证号 Serial No	有效期至 Valid Date
M <sub>1</sub> 等级大砝码标准装置	10mg~200t	M <sub>1</sub> 等级	[1995]湘量标湘法证字第022号	2026-12-30

检定地点及其环境条件:

Address and environmental condition in the verification

地点: 芙蓉区治超卸载场项目

Address

温度: 38 °C 相对湿度: 60 % 其他: /

Temperature Relative humidity else

限制使用条件和测量范围: /

Limited conditions and measuring range

注(Note):

1. 我院仅对加盖“湖南省计量检测研究院检定专用章”的完整证书负责。  
Our Institute is only responsible to the complete certificates stamped with "Hunan Institute of Metrology seal"
2. 本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。  
The certificates are only to be effective for the instruments examined by our Institute
3. 请妥善保管此证书。  
Please properly keep this certificate
4. 本证书中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。  
The Certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.

本页以下空白






## 检定结果

Verification results

序号	检定项目	检定结果	技术要求
1	通用技术要求的检查	符合	按规程要求
2	置零准确度	$0.0e$	$\pm 0.25e$
3	称量	$-0.3e$	$\pm 0.5e(0e \leq m \leq 500e)$
		$-1.0e$	$\pm 1.0e(500e < m \leq 2000e)$
		$-1.2e$	$\pm 1.5e(2000e < m \leq 10000e)$
5	偏载	$-0.3e$	$\pm 0.5e$
6	重复性	$0.0e$	$1.0e$
7	鉴别阈	符合	在规定载荷下, 放上或取下一个等于 $1.4d$ 的附加载荷, 此时秤的示值应发生明显的改变。
注: $Max=120t$ , $e=50kg$ 衡器等级: <b>III</b> 级			

以下空白



## 合格证

产品名称: FSG-固定式电子汽车衡  
规格: 3m×16m  
型号: FSG -20t  
产品等级: Ⅲ级  
产品编号: 20220727  
产品执行标准: GB/T 7723-2017

产品检验标准: GB/T 7723-2017

本产品经检验合格准予出厂

检验员: 彭伯华 复核员: 刘弢

检验日期: 2022年7月27日

湖南巨牛衡器有限公司



湘制 00000358 号

## 产品保修卡

产品名称: FSG-固定式电子汽车衡  
规格: 3m×16m  
型号: FSG -20t  
产品等级: Ⅲ级  
产品编号: \_\_\_\_\_  
检验日期: 2022年7月27日  
制造单位: 湖南巨牛衡器有限公司  
保修期限: 1年

注意事项: 本产品因人为及不可抗造成的损坏, 不属于保修范围。(涂改无效)

售后服务主管: 刘经理

售后服务电话: 0731-53583406

公司地址: 湖南省湘潭市易家湾镇

邮编: 411103